

DOPORUČENÝ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP

Příprava pacienta před implantací PM, ICD

Značka: PSKSSP/OP/2012/11

TYP STANDARDU: procesuální

KDO HO VYDÁVÁ, SCHVALUJE

Odborný garant: Pracovní skupina kardiologických sester a spřízněných profesí

Schválil: Výbor PSKSSP ČKS o.s.

Zpracovatelé: Bc. Alena Kmoníčková, Bc. Dagmar Hetclová

DEFINICE

Implantace PM, ICD je invazivní léčebná metoda při níž je implantován přístroj, který svou funkcí pozitivně ovlivňuje srdeční akci pacienta. Kvalitní přípravou pacienta před implantací kardiostimulátoru nebo defibrilátoru se snižuje možnost komplikací.

VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ A ZKRATEK

EKG- elektrokardiograf

ICD – kardioverter-defibrilátor

PM – pacemaker- kardiostimulátor

PŽK- periferní žilní katetr

TK- krevní tlak

CÍL

Ošetřovatelský standard je zpracován tak, aby byl za stanovených podmínek připraven pacient k provedení implantace nebo reimplantace implantabilního přístroje. Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče.

Struktura (S)

S1 Kompetentní osoby

Všeobecné sestry, sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči dle Vyhlášky MZ ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

S2 Prostředí

Zdravotnické zařízení, lůžko potřeby s možností monitorace vitálních funkcí, defibrilace, aplikace kyslíku.

S3 Pomůcky

tlakoměr, fonendoskop, EKG přístroj, pomůcky k odběru biologického materiálu, dokumentace, dle aktuálního stavu infuzní pumpa, lineární dávkovač, telemetrie, monitor, defibrilátor

S4 Dokumentace

Dokumentace pacienta.

Žádanky k vyšetření vzorků.

Proces (P)

Sestra:

P1 Představí se pacientovi, dotazem a kontrolou identifikačního náramku zkontroluje identitu pacienta.

P2 Natočí 12-ti svodový záznam EKG, změří TK

P3 Seznámí pacienta s výkonem přiměřeně jeho věku, zdravotnímu stavu a chápání.

P4 Připraví k podpisu informovaný souhlas s výkonem.

P5 Za aseptických podmínek zajistí PŽK.

P6 Dle potřeby oholí místo výkonu (nejčastěji okolí v podklíčkové krajině).

P7 Při plánovaném příjmu (nejčastěji den před výkonem), provede základní odběry dle ordinace lékaře. V den výkonu zkontroluje hodnoty výsledků vyšetření.

P8 Provede dotazem kontrolu vysazení léků ovlivňující srážlivost.

P9 Poučí pacienta o lačnosti, den před výkonem končí strava večeří.

P10 Připraví dokumentaci.

Výsledek (V)

V1 Pacient je připraven k implantaci PM, ICD

V2 Pacient je informován o dalším postupu.

V3 Ordinace lékaře jsou splněny.

V4 Je proveden řádný záznam do dokumentace.

KOMPLIKACE

Infekce.

Patologické výsledky laboratorních vyšetření.

Nespolupráce.

Nevysazení antikoagulační nebo antiagregační terapie.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Je nutné dát pacientovi podepsat (před výkonem) informovaný souhlas s výkonem